



Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ul. Lipowa 47, 15-424 Białystok
tel. 85 747 02 73, tel./fax 261 39 82 31
e-mail: sekretariat@wspl.com.pl
www.wspl.com.pl

Białystok, 2018-11-08

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu medycznego: lasera okulistycznego siatkówkowego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku (BZP/643461-N-2018)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 t.j.), informuję, że wpłynęły nw. zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „*Dostawa sprzętu medycznego: lasera okulistycznego siatkówkowego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku*” :

1. Czy Zamawiający wymaga, aby laser posiadał funkcję podprogowego laserowania plamki od 0,1ms w zakresie pracy lasera 5% -100% ?

ODP. Nie wymaga, ale dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści laser o mocy do 2000nW z możliwością regulacji mocy za pomocą sterownika nożnego, pokrętła na ekranie dotykowym i za pomocą ekranu dotykowego? (Dotyczy parametrów technicznych lasera okulistycznego lp.9.)

ODP. Dopuszcza

L.P. 9 w załączniku Nr 1 otrzymuje brzmienie: „Moc lasera do 2000 mW. Regulacja mocy poprzez ekran dotykowy oraz joystick . Możliwość regulacji mocy za pomocą sterownika nożnego, pokrętła na ekranie dotykowym i za pomocą ekranu dotykowego”.

DYREKTOR
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Białymstoku
lek. med. Andrzej Prus