



Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ul. Lipowa 47, 15-424 Białystok  
tel. 85 747 02 73, tel./fax 261 39 82 31  
e-mail: [sekretariat@wspl.com.pl](mailto:sekretariat@wspl.com.pl)  
[www.wspl.com.pl](http://www.wspl.com.pl)

Białystok, 2018-11-09

## WYKONAWCY

***Dot. przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu medycznego: lasera okulistycznego siatkówkowego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku (BZP/643461-N-2018)***

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 t.j.), informuję, że wpłynęły nw. zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „*Dostawa sprzętu medycznego: lasera okulistycznego siatkówkowego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku*” :

***Dotyczy parametrów technicznych.***

1. Czy w p. 12 Zamawiający dopuści zintegrowaną lampę szczelinową typu Zeiss o 5 powiększeniach z oświetleniem dolnym halogenowym?

***ODP. Zamawiający nie dopuszcza lampy szczelinowej z dolnym oświetleniem halogenowym.***

***Dotyczy wzoru umowy.***

2. Prosimy o dopisanie do §7 ust. 3 zapisu, że kary umowne za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub braków nie będą naliczane w przypadku wstawienia urządzenia zastępczego o funkcjonalności i parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do przedmiotu umowy.

***ODP.***

Wstawienie sprzętu zastępczego o funkcjonalności i parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do przedmiotu umowy na okres usunięcia wad lub braków Zamawiający traktuje jako posiadanie sprzętu sprawnego i nie widzi konieczności poszerzenia zapisów §7 o ust.3 we wzorze umowy- załącznik Nr 7 do SIWZ.

DYREKTOR  
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Białymstoku  
lek. med. Andrzej Prus