

Białystok, 2019-06-04

L.P. 147/2019

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu medycznego: aparatu USG, analizatora biochemicznego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku (BZP/553893-N-2019)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.), informuję, że wpłynęły nw. zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa sprzętu medycznego: aparatu USG, analizatora biochemicznego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku”:

Dotyczy Części I – aparat USG

1. Dotyczy pakietu 1 punkt 2. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o ilości kanałów przetwarzania 172 032.
ODP. Nie dopuszcza.
2. Dotyczy pakietu 1 punkt 6. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie regulacji panelu sterowania 11 cm.
ODP. Nie dopuszcza.
3. Dotyczy pakietu 1 punkt 8. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie częstotliwości pracy 1.3 – 16 MHz
ODP. Nie dopuszcza

Dotyczy Części II – analizator biochemiczny

1. Dotyczy pkt. 4- Parametrów wymaganych- Czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności 200 testów fotometrycznych na godzinę, bez ISE?
ODP. Nie dopuszcza
2. Dotyczy pkt. 17 -Parametrów wymaganych- Czy Zamawiający wymaga doliczenia do oferty kosztów podłączenia analizatora do systemu Kamssoft – KS-SOLAB?
ODP. Nie wymaga

DYREKTOR
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Białymstoku
lek. med. Andrzej Prus