



Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ul. Lipowa 47, 15-424 Białystok
tel. 85 747 02 73, tel./fax 261 39 82 31
e-mail: sekretariat@wspl.com.pl
www.wspl.com.pl

Białystok, 2019-06-06

L.P. 158/2019

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu medycznego: aparatu USG, analizatora biochemicznego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku (BZP/553893-N-2019)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.), udzielam odpowiedzi nw. zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa sprzętu medycznego: aparatu USG, analizatora biochemicznego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku”:

Dotyczy Części I – aparat USG

1. Dotyczy Zał. nr 1 do SIWZ, Parametry techniczne aparatu usg, pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy ultrasonograf o liczbie kanałów przetwarzania wynoszącej min. 170 000? Uzasadnienie: Różnica pomiędzy wymaganą o oferowaną wartością jest niewielka i nie wpływa na możliwości diagnostyczne. Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

ODP.: NIE DOPUSZCZA

2. Dotyczy Zał. nr 1 do SIWZ, Parametry techniczne aparatu usg, pkt 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy ultrasonograf cechujący się regulacją wysokości konsoli w zakresie min. 10 cm? Uzasadnienie: Różnica pomiędzy wymaganą o oferowaną wartością jest niewielka i nie wpływa na możliwości diagnostyczne. Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

ODP.: NIE DOPUSZCZA

3. Dotyczy Zał. nr 1 do SIWZ, Parametry techniczne aparatu usg, pkt 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy ultrasonograf z zakresem częstotliwości głowic min. 2-16 MHz? Uzasadnienie: Zamawiający nie wymaga dostarczenia a także możliwości rozbudowy o głowice w wyższym zakresie częstotliwości. Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

ODP.: NIE DOPUSZCZA

4. Dotyczy Zał. nr 1 do SIWZ, Parametry techniczne aparatu usg, pkt 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy ultrasonograf bez możliwości wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci. Uzasadnienie: Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

ODP.: NIE DOPUSZCZA.

5. Dotyczy Zał. nr 1 do SIWZ, Parametry techniczne aparatu usg, pkt 28

Czy Zamawiający będzie wymagał i dopuści do zaoferowania głowicę elektroniczną urologiczną dwupłaszczyznową szerokopasmową ze zmienną częstotliwością pracy w zakresie min. 3.0 - 9,0 MHz, zawierającą min. 120 fizycznych elementów oraz dającej pole obrazowania w trybie B o kącie min 150°?

ODP.: NIE DOPUSZCZA.

6. Dotyczy Zał. nr 1 do SIWZ, Parametry techniczne aparatu usg, pkt 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy ultrasonograf bez możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o bardzo czułe obrazowanie niskich i wolnych przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej z możliwością mapowania kolorem. Uzasadnienie: Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

ODP.: NIE DOPUSZCZA

7. Dotyczy Zał. nr 1 do SIWZ, Parametry techniczne aparatu usg, pkt 34

Czy Zamawiający będzie wymagał i dopuści do zaoferowania wysokiej klasy ultrasonograf z możliwością rozbudowy o głowicę microconvex o paśmie przenoszenia min. 4 – 8,5 MHz, min. 150 elementów oraz kącie widzenia min. 1000°?

ODP.: NIE DOPUSZCZA

8. Dotyczy Zał. nr 7 do SIWZ, Wzór umowy § 2, pkt 6

Czy Zamawiający celem doprecyzowania określi, co będzie podstawą wystawienia faktury? Prosimy o uzupełnienie umowy o stosowny zapis.

ODP. TAK.

- 1) § 2, ust. 6 umowy – załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie: „Strony zgodnie ustalają, że po dostarczeniu urządzeń objętych Umową oraz po spełnieniu wszystkich pozostałych świadczeń objętych Umową zostanie przeprowadzony przez Strony ich odbiór, potwierdzony pisemnym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron i dostarczeniem dokumentów, o których mowa w §4 ust. 2 umowy. Protokół odbioru – bez zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT”
- 2) W § 2 umowy dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie: „Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- a) jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad,
- b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy,
- c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają korzystanie z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający ma prawo do żądania odpowiedniego obniżenia ceny przedmiotu umowy.

3) W § 2 umowy dodaje się ust. 8, który otrzymuje brzmienie: „ Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia wad”.

9. Dotyczy Zał. nr 7 do SIWZ, Wzór umowy § 2, pkt 6

Czy Zamawiający jako dokument wymagany przy realizacji odbioru przedmiotu umowy zaakceptuje fakturę wystawioną bez podpisu?

ODP. TAK. Zamawiający zaakceptuje wystawioną fakturę bez podpisu.

10. Dotyczy Zał. nr 7 do SIWZ, Wzór umowy, § 7, pkt 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, **z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentem.**”?

ODP. Nie wyraża zgody

11. Dotyczy Zał. nr 7 do SIWZ, Wzór umowy, § 9, ust.3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwłoki w terminowym realizowaniu Umowy przekraczającym 5 dni roboczych, licząc od daty określonej w § 2 ust. 4 Umowy. **Oświadczenie o rozwiązaniu będzie poprzedzone pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniem do należytego, w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego.** W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek roszczenie, w tym o zwrot ewentualnie poniesionych kosztów za wykonanie dostawy”?

ODP. TAK. Wyraża zgodę.

DYREKTOR
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Szpitalnej
w Gdyni
lek.med. Andrzej Prus