



Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ul. Lipowa 47, 15-424 Białystok
tel. 85 747 02 73, tel./fax 261 39 82 31
e-mail: sekretariat@wspl.com.pl
www.wspl.com.pl

Białystok, 2019-06-07

L.P. 164 /2019

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu medycznego: aparatu USG, analizatora biochemicznego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku (BZP/553893-N-2019)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.), udzielam odpowiedzi nw. zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa sprzętu medycznego: aparatu USG, analizatora biochemicznego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku” :

Dotyczy Części I – aparat USG

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.1, 1.2, 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

ODP. Nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy kary umowne nie będą naliczane.”

Odp. TAK.

W § 7 umowy (Zał. Nr 7 do SIWZ) dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach odpowiadających przedmiotowi zamówienia lub wyższych na czas przedłużającej się naprawy kary umowne nie będą naliczane.”

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwłoki w terminowym realizowaniu Umowy przekraczającym 5 dni roboczych, licząc od daty określonej w § 2 ust. 4 Umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji

umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek roszczenie, w tym o zwrot ewentualnie poniesionych kosztów za wykonanie dostawy.”

ODP.: TAK.

§ 9 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwłoki w terminowym realizowaniu Umowy przekraczającym 5 dni roboczych, licząc od daty określonej w § 2 ust. 4 Umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu będzie poprzedzone pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniem do należytego, w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek roszczenie, w tym o zwrot ewentualnie poniesionych kosztów za wykonanie dostawy”

Zapytanie nr 4

Dotyczy Załącznika nr 1 Parametry techniczne aparatu USG L.P. 2: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o liczbie kanałów przetwarzania 5120?

ODP.: Nie dopuszcza

Zapytanie nr 5

Dotyczy Załącznika nr 1 Parametry techniczne aparatu USG L.P. 3: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z monitorem kolorowym, typu LCD o przekątnej ekranu 21”?

ODP. Tak, zgodnie z zał. Nr 1 pkt 3.

Zapytanie nr 6

Dotyczy Załącznika nr 1 Parametry techniczne aparatu USG L.P. 4: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o rozdzielczości monitora 1024 x 1280?

ODP. Nie dopuszcza

Zapytanie nr 7

Dotyczy Załącznika nr 1 Parametry techniczne aparatu USG L.P. 5: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z możliwością regulacji monitora względem pulpitu w dwóch płaszczyznach?

ODP. Nie dopuszcza

Zapytanie nr 8

Dotyczy Załącznika nr 1 Parametry techniczne aparatu USG L.P. 7: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG bez ekranu dotykowego?

ODP. Nie dopuszcza

Zapytanie nr 9

Dotyczy Załącznika nr 1 Parametry techniczne aparatu USG L.P. 9. : Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o dynamice 170?

ODP. Nie dopuszcza

Zapytanie nr 10

Dotyczy Załącznika nr 1 Parametry techniczne aparatu USG L.P. 17: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG bez możliwości wyłączenia bramki dopplera kolorowego z obrazów z pamięci?

ODP. Nie dopuszcza

Zapytanie nr 11

Dotyczy Załącznika nr 1 Parametry techniczne aparatu USG L.P. 19: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z Dopplerem Pulsacyjnym PWD z prędkością max. 1080 cm/s?

ODP. Nie dopuszcza

Zapytanie nr 12

Dotyczy Załącznika nr 1 Parametry techniczne aparatu USG L.P. 21: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG bez opcji Dopplera fali ciągłej?

ODP. Nie dopuszcza

Zapytanie nr 13

Dotyczy Załącznika nr 1 Parametry techniczne aparatu USG L.P. 22: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z korektą kąta w zakresie +/- 60 stopni na żywo, obrazie zatrzymanym ale bez korekty na obrazie zapisanym w archiwum?

ODP. Nie dopuszcza

Zapytanie nr 14

Dotyczy Załącznika nr 1 Parametry techniczne aparatu USG L.P. 23: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG bez możliwości regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku?

ODP. Nie dopuszcza

Zapytanie nr 15

Dotyczy Załącznika nr 1 Parametry techniczne aparatu USG L.P. 28: Czy Zamawiający będzie wymagać aby głowica elektroniczna urologiczna dwupłaszczyznowa szerokopasmowa posiadała kanał biopsyjny przechodzący przez środek głowicy?

ODP. Nie wymaga

Zapytanie nr 16

Dotyczy Załącznika nr 1 Parametry techniczne aparatu USG L.P. 28: Czy Zamawiający będzie wymagać aby głowica elektroniczna urologiczna dwupłaszczyznowa szerokopasmowa posiadała funkcję obrazowania w dwóch płaszczyznach w czasie rzeczywistym na obrazie USG? Należy zaznaczyć, iż dzięki tej opcji celność biopsji znacznie wzrośnie a tym samym diagnoza pacjenta będzie bardziej wiarygodna.

ODP. Nie wymaga

Zapytanie nr 17

Dotyczy Załącznika nr 1 Parametry techniczne aparatu USG L.P. 31: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z dwoma gniazdami USB i możliwością zapisu jedynie w formatach bmp i avi?

ODP. Nie dopuszcza

Zapytanie nr 18

Dotyczy Załącznika nr 1 Parametry techniczne aparatu USG L.P. 33: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o bardzo czułe obrazowanie niskich i wolnych przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej z możliwością mapowania kolorem?

ODP. Nie dopuszcza

Zapytanie nr 19

Dotyczy Załącznika nr 1 Parametry techniczne aparatu USG L.P. 34: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z możliwością rozbudowy o głowicę microconvex pasmo 2-6 MHz, 160 elementów, kąt widzenia 60 stopni?

ODP. Nie dopuszcza

Zapytanie nr 20

Dotyczy Załącznika nr 1 Parametry techniczne aparatu USG L.P. 36: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG bez modułu umożliwiającego zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalifikowanych inżynierów serwisowych a także bez modułu umożliwiającego zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania?

ODP. Nie dopuszcza

DYREKTOR
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Białymstoku
lek. med. Andrzej Prus